ULTRA-CONTROLO

Sondes

Sonde - AFNOR NF S 90-116 / FD S 90-119

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION

Sondes

Sonde - AFNOR NF S 90-116 / FD S 90-119

La sonde AFNOR est conforme aux normes NF S 90-116 et FD S 90-119 ; elle permet de prélever sur le réseau clinique et hospitalier le gaz médical souhaité. Chaque sonde a des dimensions propres, ce qui interdit toute interchangeabilité et garantit la correspondance avec la prise de gaz concernée.



Caractéristiques

- Profil AFNOR NF S 90-116 / FD S 90-119
- Sorties en ligne ou à 90°
- Porte-flexible ou G1/4" F R
- Avec ou sans serrure

Normes

- EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- EN ISO 9170-2
- EN ISO 15001
- FD S 90-119

Composants

- Corps en laiton nickelé chimiquement, spécifique à chaque gaz
- Écrou annulaire en ABS
- Circlip en acier galvanisé
- Ressorts en acier inoxydable

GAZ	SORTIE	RACCORD	TYPE
O2	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
Air 400	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
Vide	En ligne	Porte-flexible Ø 8	Sans serrure
N2O	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
N2 400	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
CO2	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
Air 800	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Filetée
Air 800	En ligne	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
O2	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
Air 400	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
Vide	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
N2O	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
N2 400	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
CO2	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
Air 800	En ligne	G1/4" F R	Avec serrure
O2	90°	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
Air 400	90°	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
Vide	90°	Porte-flexible Ø 8	Sans serrure
N2O	90°	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
CO2	90°	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
N2 400	90°	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure
Air 800	90°	Porte-flexible Ø 6	Sans serrure