ULTRA-CONTROLO

Évacuation des Gaz Anesthésiques

Unité AGSS Active, 1L - EN ISO 9170-2

PRISES MURALES

Évacuation des Gaz Anesthésiques

Unité AGSS Active, 1L - EN ISO 9170-2

Prise AGSS active conforme à EN ISO 9170-2. La prise de type 1L constitue la partie terminale du système et le point où l'opérateur effectue les branchements et débranchements nécessaires à l'évacuation des gaz anesthésiques.



Caractéristiques

- Entraînement Venturi à air comprimé
- Voyant vert d'aspiration
- Coffret de rétention et platine de fixation
- Installation libre, en saillie ou encastrée

Normes

- UNI EN ISO 7396-2
- UNI 9507
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001

Kits de maintenance

- AGSS · Remplacement du voyant vert d'indication de flux Ø 6

Composants

- Corps et éjecteur en laiton
- Actionneur en aluminium anodisé
- Embase en aluminium
- Mécanisme de déverrouillage en aluminium anodisé
- Ressorts en acier inoxydable
- Joint torique EPDM PEROX
- Boîtier en ABS
- Capot en acier inox

GAZ	DÉSIGNATION	TYPE	DÉBIT À 4,5 BAR	PERTE DE CHARGE À 90 L/MIN	POIDS
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - free installation	1L	50 l/min	0,035 bar	0,51 kg
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - external	1L	50 l/min	0,035 bar	0,89 kg
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - recessed	1L	50 l/min	0,035 bar	1,03 kg