ULTRA-CONTROLO

Evacuación de Gases Anestésicos

Unidad AGSS Activa, 1L - EN ISO 9170-2

TOMAS DE GASES

Evacuación de Gases Anestésicos

Unidad AGSS Activa, 1L - EN ISO 9170-2

Toma AGSS activa conforme a EN ISO 9170-2. La toma tipo 1L es la parte final del sistema y el punto donde el operador realiza las conexiones y desconexiones necesarias para evacuar los gases anestésicos.



Características

- Accionamiento Venturi con aire comprimido
- Indicador verde de aspiración
- Caja de contención y placa de fijación
- Instalación libre, superficial o empotrada

Normas

- UNI EN ISO 7396-2
- UNI 9507
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001

Kits de mantenimiento

- AGSS · Sustitución del visor verde de indicación de flujo Ø 6

Componentes

- Cuerpo y eyector de latón
- Actuador de aluminio anodizado
- Base de aluminio
- Mecanismo de liberación de aluminio anodizado
- Muelles de acero inoxidable
- Junta tórica de EPDM PEROX
- Caja de ABS
- Tapa de acero inox

GAS	DESCRIPCIÓN	TIPO	CAUDAL A 4,5 BAR	PÉRDIDA DE CARGA A 90 L/MIN	PESO
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - free installation	1L	50 l/min	0,035 bar	0,51 kg
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - external	1L	50 l/min	0,035 bar	0,89 kg
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - recessed	1L	50 l/min	0,035 bar	1,03 kg