ULTRA-CONTROLO

Evacuação de Gases Anestésicos

Unidade AGSS Ativa, 1L - EN ISO 9170-2

TOMADAS DE GASES

Evacuação de Gases Anestésicos

Unidade AGSS Ativa, 1L - EN ISO 9170-2

Tomada AGSS ativa conforme EN ISO 9170-2. A tomada tipo 1L é a parte final do sistema e o ponto onde o operador faz as ligações e desligações necessárias para evacuar os gases anestésicos.



Características

- Acionamento Venturi com ar comprimido
- Indicador verde de aspiração
- Caixa de contenção e chapa de fixação
- Instalação livre, saliente ou embutida

Normas

- UNI EN ISO 7396-2
- UNI 9507
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001

Kits de manutenção

- AGSS · Substituição do visor verde de indicação de fluxo Ø 6

Componentes

- Corpo e ejetor em latão
- Atuador em alumínio anodizado
- Base em alumínio
- Mecanismo de libertação em alumínio anodizado
- Molas em aço inoxidável
- O-ring em EPDM PEROX
- Caixa em ABS
- Tampa em aço inox

GÁS	DESIGNAÇÃO	TIPO	CAUDAL A 4,5 BAR	PERDA DE CARGA A 90 L/MIN	PESO
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - free installation	1L	50 l/min	0,035 bar	0,51 kg
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - external	1L	50 l/min	0,035 bar	0,89 kg
AGSS	T.U. AGSS Venturi ISO 9170-2 - recessed	1L	50 l/min	0,035 bar	1,03 kg