ULTRA-CONTROLO

NIST ISO 18082

Base - UNI 9507

TOMADAS DE GASES

NIST ISO 18082

Base - UNI 9507

A base UNI 9507 serve para montar as tomadas UNI 9507, AFNOR NF S 90-116 e NIST EN 739. É em latão CW617N injetado sob pressão e polido, com ponta de soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo) e porca específica do gás.



Características

- Bloco de 40x34x42,5 mm
- Distância entre furos de 33 mm

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × corpo em latão CW617N
- Ponta de soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm em vácuo) e porca específica do gás
- O-ring em FKM para O2; em NBR para os restantes gases
- Molas em aço inoxidável

GÁS	LARGURA	ALTURA	PROFUNDIDADE	DISTÂNCIA ENTRE FUROS
Ar 800	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm